



ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ И ДРУГИХ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА, БЕОГРАД

КОМИСИЈА ИТНМС ЗА ЈН 2/2014

01.04.2014. г.

16/14

Питања ANALYSIS DOO Београд

1)

Вазано за предметну набавку "Течни хроматограф ХПЛЦ ЈН бр 2/2014 у отвореном поступку" молимо Вас да нам одговорите следеће

-да ли је потребно приложити ЦЕ марк за систем

-да ли је потребно приложити ИСО цертификат фабрике или ИСО цертификат понуђача (стр. 21/38 тачка 7 тражи се поседовање сертификата ИСО 9001)

-да ли је потребно приложити ауторизацију од стране произвођача и да ли је потребно превести?

Да ли се ови докази преводе или не, написали сте да се сертификати не преводе, да ли сте мислили да ове сертификате да могу да буду на енглеском језику?

2. Вазано за предметну набавку "Течни хроматограф ХПЛЦ ЈН бр 2/2014 у отвореном поступку" молимо Вас да нам одговорите следеће, на стр. 20/38 тендарске документације у тачки 6. која се односи на Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈНа пише:

- да располаже неопходним пословним капацитетом:

- 2) да је у последње три године (2010., 2011. и 2012. г.) понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (тражи се вредност испоручених добара, а не вредност из закљученог уговора)

Везано за горе захтевано наша питања су следећа:

Обзиром да сте написали да се ради о последње три године да ли сте мислили на 2011, 2012 и 2013 (написали сте 2010, 2011 и 2012)? Да ли Уговоре које смо

склопили у 2013. години можемо да уврстимо у стручне референце у циљу доказивања неопходног пословног капацитета?

Такође молимо Вас да нам појасните на шта сте тачно мислили под "вредност испоручених добара" односно "вредност закљученог Уговора"? Да ли се овде мислили на робу (вредност испоручених добара) и пратеће услуге (вредност закљученог уговора) типа квалификације и слично?

3) Вазано за предметну набавку "Течни хроматограф ХПЛЦ ЈН бр 2/2014 у отвореном поступку" молимо Вас да нам одговорите следеће

У делу текста који се односи на техничке спецификације стр 24/38 везано за аутосамплер стоји следеће:

Поновљивост ињектовања: боље од 0,1% РСД

Да ли се овде ради о грешци обзиром да ниједан комерцијално достпан аутосамплер на тржишту нема поновљивост (ињекцион волуме прецисion) бољу од 0,1%РСД.Извор за ову информацију оригиналне и важеће брошуре произвођача.

Одговор:

- 1) ИСО сертификат се односи на понуђача, ЦЕ марк није потребан . У вези услова да "Да понуђач, уколико је производића има свој сервис, односно уколико је понуђач овлашћени дистрибутер да има овлашћени сервис за одржавање и сервисирање уређаја који је предмет набавке" потребна изјава је оверена и потписана о поседовању најмање једног сервиса за поправку опреме(авторизацију од стране производића). За комисију је прихватљив превод од стране самог понуђача без овере у овој фази поступка за изјаву.
- 2) Ради се о 2011,20012, и 2013 години тако да треба уврстити ове године у доказивању овог услова.
Код вредности добара подразумева се вредност добра односно хроматографа без посредних трошкова.
- 3) У делу текста који се односи на техничке спецификације стр 24/38 везано за аутосамплер стоји Поновљивост ињектовања: боље од 0,1% РСД а треба 0,3% РСД, што је дато у изменама и допунама конкуирсне документације



Председник комисије


Др Александра Даковић